

校正証明書

宛名: 株式会社新元号 殿
住所: 茨城県つくば市境田1丁目8番地0号
器物管理番号: REG-K003
測器の名称: デジタル気圧計
形式: R-30
製造年月: 2013年4月
製造番号: 240426
製造者名: 株式会社 三 王
校正項目: 絶対圧
校正範囲: 880hPa~1040hPa
校正方法: 当社規定の手順による
校正用標準器:

電気式気圧計
管理番号: PCW01
証明書番号: JDNB202405R-SS

製造者: 株式会社 三 王
型式: T-65

製造番号: 3055
有効期限: 2020年5月31日

校正周期: 1年

標準器校正機関: JCSS認定事業者

校正室環境条件: 温度 $24^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$ 湿度 $50\% \pm 35\%$ 気圧 $1013\text{hPa} \pm 30\text{hPa}$
備考

- ①校正は、株式会社 三 王 校正用標準器との比較測定により実施した。
- ②圧力は絶対圧であり、圧力媒体として窒素を用いた。
- ③デジタル圧力計(デジタル気圧計)の圧力基準位置は、圧力センサー位置とした。
- ④表示値は、昇圧・降圧の往復を3回行い、その平均値より算出した。
- ⑤圧力測定時の測定器の周囲環境(温度・湿度)は測定ポイントごとに記載した。
- ⑥周囲環境のうち大気圧は圧力下降、上昇の試験開始時と終了時を記載した。
- ⑦データはデジタル信号により取得した。

圧力校正年月日: 平成31年4月29日

この校正証明書は、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。
校正の結果は別紙の試験成績書(校正結果)に示すとおりであることを証明します。

国際品質マネジメントシステムISO9001 認証(JQA-QM3472)

気象庁認定 認定測定者

茨城県つくば市境田字長畑180番地の10

株式会社 三 王 校正室

校正証明書発行責任者

令和 新太郎