

校正証明書

依頼者名	株式会社ゴールドメダル 殿
依頼者住所	東京都港区五輪町5丁目5番地5号
器物管理番号	TOKYO2020
計量器名	デジタル圧力計(デジタル気圧計)
型式	T-70
器物番号	20240426
製造者名	株式会社 三王
校正項目	気体絶対圧力
校正範囲	880hPa(最小圧力)~1040hPa(最大圧力)
校正方法	株式会社 三王 の校正手順書「No.SA-R017-BR-M02」による
校正結果	次頁のとおり
校正年月日	2020年7月22日
校正実施場所	茨城県つくば市境田字長畑180番地の10 株式会社 三王 校正室

以上に相違ないことを証明する。

発行日	2020年7月24日
発行者	茨城県つくば市境田字長畑180番地の10 株式会社 三王 校正室 校正証明書発行責任者 東京 金之助

- この証明書は、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。
- この証明書は、カラーコピー及び一部分のみを複製して用いることはできません。
- 当社の校正室は、国際MRA対応JCSS校正の認定事業者です。JCSS 0336 は、当社校正室の認定番号です。
- 当社は、ISO9001:2015の審査登録(JQA-QM3472)を行っています。校正事業も登録活動範囲に含まれます。
- 当社は、気象庁より認定測定者の認定を受けています。アネロイド型気圧計(第21号)及び電気式気圧計(第61号)。

TSUKUBA **Sunoh** JAPAN

SANOH CO., LTD. CALIBRATION STUDIO

180-10 Sakaida, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0867, Japan/TEL: +81-29-836-1525/FAX: +81-29-836-3204/URL: <https://www.sunoh.co.jp>

証明書番号:HDNC24042R-S

総数2頁の2頁